

KUVÖZ YATAK TEPİİİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

1-Küvöz Yatak Tepsisi hastanemizde bulunan küvöze uygun olmalıdır.

2-Yatak Tepsisi pürüzsüz yüzeylere sahip olmalıdır. Polikarbon malzemedен yapılmış olmalı, çizik, çatlak ve kırık olmamalıdır.

3-Yatak Tepsisi ebatları küvöz yatağına uygun olmak üzere üretilmiş olmalıdır.

4-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediğı etiketiyle teslim edilmelidir.

5-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

6-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485, ISO 9001, TSE 12426 belgeleri ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.

7-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.