

OKSİJEN HOOD BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aerodinamik dizaynı ile bebeklere düzgün ve istikrarlı oksijen akışı sağlamalıdır.
2. Hood Başlığının Çapı Büyük boy (26x18 cm), Orta boy (24x17cm) Küçük boy (22x14 cm) +/-1cm olmalıdır.
3. Bebeklerde sıkıntı ve strese sebep olmayacak şekilde tasarlanmış yapıda olmalıdır.
4. Oksijen kablo yerleşimi için giriş deliği (acutaşı) metal olmalı iç kısımdaki parça bebeği rahatsız etmeyecek şekilde yuvarlak olmalı ve üzerinde oksijen çıkışını sağlayan 3 adet oksijen çıkış deliği bulunmalıdır.
5. Bebeklerin rahat ve net izlenebilmesi için şeffaf bakteri üremeyen polikarbon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Kenar ve köşe kısımları bebeğe zarar vermeyecek yapıda üretilmiş olmalıdır.
7. Hood başlığında Bakteri üremesine karşı fitil, silikon veya buna benzer herhangi bir yapışkanlı madde olmamalıdır.
8. Pencere giriş kısmı dışa doğru yönlenen katmanı sayesinde temas ettiği boyun kısmına zarar vermemelidir.
9. Bebeğin baş kısmının rahat hareket etmesi için yeterli miktarda boş alan bulunmalıdır.
10. Ürün Reusable (çok kullanımlık) olmalıdır.
11. Yenidoğan ve prematüre hastalarda kullanılmaya uygun olmalıdır.
12. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.
13. Teklif verecek firmanın mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır.